

CTY TNHH TM – DV – S X

TAM MINH

100/39 Vườn Lài, P. Tân Thành Q. Tân Phú – TP.HCM

ĐT : 028. 3812.1684

Fax: 028. 3812.7073

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 05 : 2018/TAMMICO

GẠC RƠ LƯỠI
CleAn

Lần soát xét : 01

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Dại diện có thẩm quyền



DƯƠNG VĂN MINH

**CÔNG TY TNHH
TM - DV - SX TAMMINH**

Số : 03/2018/QĐ-TAMMICO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng.

GIÁM ĐỐC : CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TAM MINH

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 07 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số : 0303300147 cấp ngày 13 tháng 05 năm 2010 và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này :

Tiêu chuẩn : TCCS 05: 2018/TAMMICO

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá :

GẠC RỖ LƯỖI CleAn

Điều 2 : Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực quyết định này.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận :

- Các phòng ban liên quan.
- Lưu

Đại diện doanh nghiệp



DƯƠNG VĂN MINH

130014
CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ
SẢN XUẤT
TAM MINH
THỦ - T. P

GẠC RƠ LƯỚI CleAn

1.- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm gác rơ lưới dùng để làm sạch lưới và răng miệng em bé.

2.- QUY CÁCH :

Gác rơ lưới có hình như ngón tay, bít một đầu và có kích thước :

- Đường kính : $2\text{cm} \pm 0,3\text{cm}$
- Chiều dài : $9\text{cm} \pm 1\text{cm}$

3.- YÊU CẦU KỸ THUẬT :

3.1- Nguyên liệu :

Sản phẩm được dệt từ sợi Polyester 100%.

3.2- Yêu cầu về ngoại quan :

Sản phẩm có màu trắng ngà đến trắng, không có vết bẩn, không có lơ hoặc màu phụ để làm trắng.

3.3- Yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng :

Sản phẩm được tiệt trùng theo phương pháp nhiệt ẩm (nồi hấp áp suất) ở $120^{\circ}\text{C}/30$ phút, hoặc tiệt trùng bằng tia Gamma.

Các chỉ tiêu phải phù hợp theo bảng 1

Tên chỉ tiêu	ĐVT	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1. Giảm khối lượng do sấy khô, 2. Mốc,	% CFU/g	Max 8,5 Không được có	TCVN 1867 : 2010 Tham khảo ĐDVN III, PL 13.6
3. Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/g	Max 100	Tham khảo ĐDVN III, PL 13.6

4.- BAO BÌ – GHI NHÃN – BẢO QUẢN :**4.1- Bao bì :**

Thành phẩm được đựng trong túi PE ép kín, không thủng rách, mỗi túi có 5 cái hoặc 20 cái.

4.2- Ghi nhãn :

Nhãn sản phẩm được in trên bao bì, với nội dung như sau :

- Tên sản phẩm.
- Tên công ty , logo
- Địa chỉ.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn : TCCS 05 : 2018/TAMMICO
- Kích thước
- Đã tiệt trùng
- Số cái/ bao
- Ngày sản xuất
- Hạn dùng : 03 năm kể từ ngày sản xuất.

2.3- Bảo quản :

Thành phẩm phải được đặt nơi sạch sẽ khô ráo, tránh ẩm mốc, tránh nguồn nhiệt .

KT3-03982AHD8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

07/08/2018
Trang 01/02

1. Tên mẫu : GẠC RƠ LƯỚI TRÈ EM CLEAN
2. Số lượng mẫu : 01
3. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
40 cái gạc rơ lưới trẻ em
4. Ngày nhận mẫu : 25/07/2018
5. Nơi gửi mẫu : CTY TNHH TM DV SX TAM MINH
100/39 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
6. Thời gian thử nghiệm : 26/07/2018 – 03/08/2018
7. Kết quả thử nghiệm : xem trang 02/02

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG



Nguyễn Phước Hải

TL. GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM



Phạm Thanh Trung



Ghi chú: Không thử nghiệm mẫu vải màu trắng theo ISO 14362 – 1 : 2017

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện, mg/kg	Kết quả thử nghiệm
7.1. Hàm lượng formaldehyde tự do và thủy phân,	mg/kg	ISO 14184 – 1: 2011	6	KPH
7.2. Độ giảm khối lượng sau sấy	%	Theo yêu cầu hạch hàng TCCS 03 2018/ TAMIMICO	-	2,6
7.3 Tổng số mốc, men	CFU/ g	ISO 21527-1 : 2008	-	< 10 (*)
7.4 Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/ g	ISO 4833-1: 2013	-	< 10 (*)

Ghi chú : (*) Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa

KPH: không phát hiện.

QUATEST 3®



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Hoạt động: 49 Phạm, Q. Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM
Địa chỉ: 7 Road 1, Bình Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012
Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298

www.quatest3.com.vn
info@quatest3.com.vn